


POLSKA AKADEMIA NAUK



INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ

ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań,
tel.: (+61) centr. 852 85 03, sekretariat 852 89 19
fax: (+61) 852 05 32, e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Poznań, dnia 30.03.2007r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego nr PN 191/07 o wartości poniżej 60 000 euro na dostawę do miejsca wskazanego w siedzibie Zamawiającego termocyklera gradientowego.

Wykonawca zadał pytanie następującej treści:

1. Czy Zamawiający wymaga, aby stabilność temperaturowa termocyklera była nie mniejsza niż $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$?
2. Czy Zamawiający dopuszcza, aby szybkość zmian temperatury przy chłodzeniu wynosiła 2°C/s ?
3. Czy Zamawiający dopuszcza, aby szybkość zmian temperatury przy grzaniu wynosiła 3°C/s ?
4. Czy Zamawiający dopuszcza, aby oferowany termocykler posiadał 99 programów?
5. Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany termocykler posiadał możliwość pomiaru temperatury w próbówce umieszczonej w bloku?
6. Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany termocykler posiadał licencję na pracę w technice PCR ?
7. Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany termocykler posiadał możliwość wykonania 30 pełnych cykli PCR w czasie mniejszym niż 60 minut?
8. Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany termocykler posiadał klawiaturę numeryczną + klawisze funkcyjne i nawigacyjne?
9. Czy Zamawiający dopuszcza, aby zakres grzania pokrywy wynosił $95^{\circ}\text{C} - 120^{\circ}\text{C}$?
10. Czy Zamawiający dopuszcza, aby oferowany termocykler posiadał możliwość zastosowania oddzielnego bloku na 48 probówek 0,5 ml?
11. Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany termocykler posiadał możliwość zastosowania bloku na płytkę 384 dołkową?
12. Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany termocykler posiadał możliwość zastosowania bloku płaskiego do In Situ?
13. Czy Zamawiający wymaga, aby istniała możliwość programowania czasu do około 10 godzin?
14. Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany termocykler posiadał funkcję automatycznego startu zależnie od wymaganego czasu zakończenia pracy?
15. Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany termocykler posiadał funkcję – TRYB RAMPY CZASOWEJ?

Zamawiający uprzejmie informuje:

Ad 1.

Zamawiający wymaga stabilności temperatury w bloku $0,2^{\circ}\text{C}$ po 15 sekundach

Ad 2

Zamawiający wymaga szybkości zmian temperatury chłodzenia równej lub większej 2°C/s

Ad 3

Zamawiający wymaga szybkości zmian temperatury grzania równej lub większej 3°C/s,

Ad 4

NIE

Ad 5

TAK

Ad 6

TAK

Ad 7

NIE

Ad 8

TAK

Ad 9

NIE

Ad 10

NIE

Ad 11

NIE

Ad 12

TAK

Ad 13

TAK

Ad 14

NIE

Ad 15

TAK

W związku z wprowadzonymi zmianami działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.), Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia **05 kwietnia 2007r.** do godz. 10.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **05 kwietnia 2007r.** o godz. 10.15

Z poważaniem

Katarzyna Wielentejczyk