


POLSKA AKADEMIA NAUK



INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ

ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań,
tel.: (+61) centr. 852 85 03, sekretariat 852 89 19
fax: (+61) 852 05 32, e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Poznań, dnia 15.05.2007r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego nr PN 193/07 o wartości poniżej 60 000 euro na dostawę systemu do dokumentacji żeli oraz zestawu do dokumentacji i obserwacji do miejsca wskazanego w siedzibie Zamawiającego.

Wykonawca zadał pytanie następującej treści:

1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kondensora o odległości roboczej 70mm?
2. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie obiektywu 10x/0,25 Ph W.D. 4,4mm?
3. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie obiektywu 5x zamiast 4x o większej odległości roboczej i wyższych parametrach rozdzielczości?
4. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie obiektywu 40x/0,6 W.D. 3,3mm?
5. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie stolika o wymiarach 250x230mm?
6. Czy Zamawiający dopuszcza dołączenie do oferty oryginalnych katalogów producenta w języku angielskim?

Zamawiający uprzejmie informuje:

Ad 1.

NIE

Ad 2

NIE

Ad 3

NIE

Ad 4

NIE

Ad 5

NIE

Ad 6

TAK

Z poważaniem

Katarzyna Wielentejczyk