



Poznań, 15 marca 2011r.

Z a w i a d o m i e n i e

Dotyczy: specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego nr PN 289/11 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 pzp na dostawę systemu elektroforezy kapilarnej do wskazanego pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego, wraz z wyposażeniem, oprogramowaniem, instalacją i uruchomieniem, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi szczegółowo w Specyfikacji Technicznej przedmiotu zamówienia, zawartej w części IV SIWZ

Wykonawcy zadali pytania następującej treści:

Pytanie nr 1:

Czy zamawiający dopuszcza równoważne rozwiązanie chłodzenia kapilary powietrzem zapewniające szerszy zakres temperatury chłodzenia od -5 do +60 stopni Celsjusza od temp. otoczenia?

Odpowiedź

NIE.

Pytanie nr 2:

Czy w specyfikacji technicznej i innych miejscach, gdzie mowa o "gwarancji" rozumiana jest gwarancja nie obejmująca uszkodzeń, powstałych z winy użytkownika oraz czynników losowych, a także elementów zużywalnych (bezpieczników, kapilar, lampy deuterowej itp.)? Na lampę deuterową udzielana jest osobna gwarancja w wymiarze 1000 godzin pracy.

Odpowiedź

TAK.

Zamawiający wprowadza zmianę w punkcie I. 19 SIWZ oraz w §6 ust. 2.1 projektu umowy

Przedmiot gwarancji	Czas reakcji	Czas naprawy	Okres gwarancji
System elektroforezy kapilarnej	24 h	max 10 dni roboczych,	24 miesiące w tym : drukarka – 12 miesięcy lampa deuterowa -1000 godzin

Pytanie nr 3:

Czy w pkt I.3.d i innych miejscach, gdzie mowa o "nieograniczonej konsultacji technicznej - telefonicznej i mailowej" rozumiana jest konsultacja w zakresie pracy urządzenia i jego obsługi przewidzianej instrukcją obsługi urządzenia do wykonania przez użytkownika we własnym zakresie?

Odpowiedź

TAK

Pytanie nr 4:

Czy w pkt I.19.f i innych miejscach, gdzie mowa o biegu gwarancji od początku rozumiany jest bieg od początku gwarancji na urządzenie w razie jego wymiany na nowe w ramach gwarancji oraz bieg od początku

gwarancji na wymieniony podzespół w razie gdy podlega on osobnej gwarancji (np. lampa deuterowa)? Wymiana w ramach naprawy urządzenia poszczególnych podzespołów nie stanowi podstawy do biegu od nowa gwarancji na całe urządzenie.

Odpowiedź

Wszystkie informacje na temat zasad udzielenia gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia zawarte są w punkcie I.19 SIWZ

Pytanie nr 5:

Czy w pkt 3.6 projektu umowy i innych miejscach gdzie mowa o "zainstalowaniu i uruchomieniu urządzenia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego" rozumiane są wymagania Zamawiającego nie wychodzące poza zakres, omówiony w dokumentacji przetargowej?

Odpowiedź

TAK.

Pytanie nr 6:

Co oznacza termin "pierwsze logowanie" użyty w pkt I.19.b oraz III.6.a?

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami w pkt. I.19 przez pierwsze logowanie rozumie się datę i godzinę rozpoczęcia pracy z system komputerowym zainstalowanym u Zamawiającego przez osobę świadczącą usługę zdalnego wsparcia.

Pytanie nr 7:

Co jest podstawą do "stwierdzenia, że Wykonawca nie realizuje gwarancji i serwisu zgodnie z warunkami wskazanymi w niniejszej umowie"? Czy Wykonawcę przysługuje prawo żądania udowodnienia takiego stwierdzenia lub odwołania się od niego łącznie z odwołaniem w drodze sądowej?

Odpowiedź

Zgodnie z pkt. 12 formularza ofertowego Wykonawca zapewnia możliwość zgłaszania awarii faksem, mailem lub pisemnie. W pkt. I.19 SIWZ oraz w §6 ust. 2.1 projektu umowy zostały podane terminy dotyczące czasu reakcji, czasu naprawy oraz okres gwarancji, których Zamawiający wymaga.

W przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z w w. postanowień, Zamawiający będzie uprawniony do naliczania kar zgodnie z zapisami projektu umowy.

Na podstawie przepisu art 38 ust.4 **Zamawiający przedłuża termin składania ofert.**

Termin składania ofert ulega zmianie tj, oferta musi wpłynąć najpóźniej do dnia **18 marca 2011r.**

do godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi **18 marca 2011r.** w siedzibie Zamawiającego **o godz. 12:15** w pokoju 17 w bud. C.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ogólno-Administracyjnych

mgr Małgorzata Radwańska-Borucka