



Poznań, 22 listopada 2011r.

Z a w i a d o m i e n i e

Dotyczy: specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego nr PN 307/11 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 na dostawę harwestera do ciśnieniowego osadzania materiału biologicznego na filtrach wraz z licznikiem ciekłoscyntylacyjnym oraz urządzenia do ciągłego monitorowania hodowli komórkowych składających się na system do analizy proliferacji komórek eukariotycznych do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego, wraz z wyposażeniem, instalacją i uruchomieniem, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi szczegółowo w Specyfikacji Technicznej przedmiotu zamówienia, zawartej w części IV SIWZ

I. Wykonawca zadał pytanie następującej treści:

Pytanie:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby czas reakcji na zgłoszenie awarii w zadaniu nr 2 wynosił 48 godzin w dni robocze?

Odpowiedź:

Tak

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ogólno-Administracyjnych

mgr Małgorzata Radwańska-Borucka